

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – LMA Unique™

OPREZ: Savezni zakon SAD-a nalaže da ovaj uređaj može prodavati ili poručivati isključivo lekar.

UPOZORENJE: Uređaj LMA Unique™ isporučuje se sterilan i namenjen je samo za jednokratnu upotrebu, koristi se odmah po otpakivanju i baca nakon upotrebe. Ne sme se ponovo koristiti. Ponovna upotreba može dovesti do unakrsne infekcije pacijenta i umanjiti pouzdanost i funkcionalnost proizvoda.

UPOZORENJE: Ponovna obrada uređaja LMA Unique™ namenjenog za jednokratnu upotrebu može dovesti do slabijeg učinka ili gubitka funkcionalnosti. Ponovna upotreba proizvoda namenjenih za jednokratnu upotrebu može dovesti do izlaganja patogenima virusnog, bakterijskog, glijivičnog ili prionskog porekla. Za ovaj proizvod nisu dostupni provereni metodi za čišćenje i sterilizaciju niti uputstva za ponovnu obradu radi postizanja prvoštine specifikacije. Uređaj LMA Unique™ nije osmišljen tako da se može čistiti, dezinfikovati ili ponovo sterilisati.

OPIS UREĐAJA:

LMA Unique™ predstavlja varijantu uređaja LMA Classic™ za jednokratnu upotrebu i koristi se za iste indikacije kao i LMA Classic™. Razlikuje se po tome što ima manžetu od polivinilchlorida (PVC) i dostavlja se sterilan (sterilisan etilen-oksidom) isključivo za jednokratnu upotrebu.

LMA Unique™ se može koristiti za širok spektar rutinskih primena, od opšte anestezije do primene u urgentnim situacijama, odn. kao sredstvo za reanimaciju.

Uređaj LMA Unique™ izrađen je prevashodno od PVC-a medicinske klase i nije sačinjen pomoću lateksa od prirodne gume.

Ovaj uređaj mogu koristiti isključivo zdravstveni radnici obučeni za obezbeđivanje disajnog puta.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:

Indikovan je za upotrebu kod postizanja i održavanja kontrole disajnog puta tokom rutinskih anestesijskih postupaka (pomoću spontane ventilacije ili ventilacije pozitivnim pritiskom (PPV)) kod pacijenata koji su se uzdržavali od hrane.

Indikovan je i za obezbeđivanje trenutne prohodnosti disajnog puta kod poznatih ili neočekivanih teških stanja disajnog puta. Pogodan je za primenu u elektivnim hirurškim postupcima tokom kojih trahealna intubacija nije neophodna.

Može se koristiti za uspostavljanje trenutne prohodnosti disajnog puta tokom kardiopulmonalne reanimacije (KPR) kod pacijenata u dubokom besvesnom stanju, kod kojih ne postoje glosofaringealni i laringealni refleksi i kojima je neophodna veštačka ventilacija. U tim slučajevima, LMA Unique™ se koristi isključivo kada trahealna intubacija nije moguća.

INFORMACIJE O ODNOSU RIZIKA I

KORISTI:

Kada se koristi kod pacijenata u dubokoj komi kojima je potrebna reanimacija ili kod pacijenata sa otežanom prohodnošću disajnog puta u urgentnim situacijama („nemoguća intubacija, nemoguća ventilacija”), rizik od regurgitacije i aspiracije mora se proceniti u odnosu na potencijalnu korist uspostavljanja disajnog puta.

KONTRAINDIKACIJE:

Usled potencijalnog rizika od regurgitacije i aspiracije, nemojte koristiti LMA Unique™ kao zamenu za endotrachealni tubus kod sledećih elektivnih pacijenata ili pacijenata sa otežanom prohodnošću disajnog puta u neurgentnim situacijama:

1. Pacijenti koji se nisu uzdržavali od hrane, uključujući pacijente kod kojih se uzdržavanje od hrane ne može potvrditi.
2. Pacijenti koji su izrazito ili morbidno gojazni, u trudnoći starijoj od 14 nedelja, ili u urgentnim situacijama i situacijama koje zahtevaju reanimaciju, ili sa bilo kojim oboljenjem koje je povezano sa odloženim pražnjenjem želuca, ili pacijenti koji koriste opijatne analgetike pre uzdržavanja od hrane. LMA Unique™ je takođe kontraindikovan kod:
3. Pacijenata sa fiksnim smanjenjem stepena rastegljivosti pluća ili vršnjim pritiskom pri udisanju za koji se očekuje da će premašiti 20 cm H₂O, pošto uređaj obrazuje zaptivanje niskog pritiska (približno 20 cm H₂O) oko grkljana.
4. Odraslih pacijenata koji nisu u stanju da razumeju uputstvo ili ne mogu da daju prikladne odgovore na pitanja iz lične anamneze, pošto takvi pacijenti mogu inače biti kontraindikovani za primenu uređaja LMA Unique™.
5. LMA Unique™ se ne sme koristiti u urgentnim situacijama ili pri reanimaciji kod pacijenata koji nisu u duboko besvesnom stanju i koji se mogu opirati plasiranju uređaja.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Prijavljene su neželjene reakcije povezane sa primenom laringealnih maski. Konkretnе informacije potražite u standardnim udžbenicima i objavljenoj literaturi.

UPOZORENJA:

1. Da bi se izbegla trauma, izbegavajte upotrebu prekomerne sile uvek kada koristite uređaje. Uvek izbegavajte upotrebu prekomerne sile.
2. LMA Unique™ sadrži di-2-etylheksil ftalat (DEHP). Rezultati određenih eksperimenata na životinjama pokazali su da su ftalati potencijalno toksični po reprodukciju. Na osnovu trenutno dostupnih naučnih saznanja, ne može se isključiti rizik po prevremenom rođenju bebe muškog pola u slučaju dugoročne izloženosti ili primene. Medicinski proizvodi koji sadrže ftalate treba da se koriste samo privremeno kod trudnica, dojilja, novorođenčadi i odojčadi.
3. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen, ili ako je pakovanje oštećeno ili otvarano.
4. Nemojte naduvavati manžetu preko 60 cm H₂O. Prekomerni pritisak unutar manžete može da izazove pogrešno postavljanje i faringolaringealna oboljenja, uključujući upalu grla, disfagiju i oštećenje nerava.
5. Uređaj nemojte uranjati ili potapati u tečnost pre upotrebe.
6. Najvažnije je da se na uređaju obave provere pre upotrebe kako bi se utvrdilo da li je bezbedan za upotrebu. Neuspela rezultat na bilo kom testu znak je da uređaj ne treba koristiti.
7. Kada nanosite sredstvo za podmazivanje, pazite da njime ne začepite otvor disajnog puta.

8. Koristite sredstvo za podmazivanje rastvorljivo u vodi, kao što je K-Y Jelly®. Nemojte koristiti sredstva za podmazivanje na bazi silikona, jer dovode do propadanja komponenata uređaja LMA Unique™. Sa ovim se uređajem ne preporučuje korišćenje sredstava za podmazivanje koja sadrže lidokain. Lidokain može da odloži povratak pacijentovih zaštitnih refleksa koji se očekuju pre uklanjanja uređaja, može izazvati alergijsku reakciju, ili pak uticati na okolne strukture, uključujući glasnice.

9. Difuzija azotnog oksida, kiseonika ili vazduha može povećati ili smanjiti zapreminu i pritisak u manžetni. Da ne bi postao previšok, pritisak u manžetni se mora redovno meriti sve vreme pomoću monitora pritiska u manžetni.

10. **LMA Unique™ ne može da spreči regurgitaciju ili aspiraciju.** Treba ga primenjivati kod pacijenata u anesteziji koji su se uzdržavali od hrane. Veliki broj stanja predisponira regurgitaciju pod anestezijom. **Nemojte koristiti uređaj bez prethodno preduzetih odgovarajućih mera opreza kako biste se uverili da je želudac prazan.**

11. Kada uređaj koristite u posebnim uslovima okoline, kao što je obogaćeni kiseonik, uverite se da su preduzete sve neophodne mere opreza i pripreme, a posebno one koje se odnose na opasnost od požara i njegovo sprečavanje. Uređaj može biti zapaljiv u prisustvu lasera i opreme za elektroauterizaciju.

12. Pre nego što uređaj budete koristili u MR okruženju, pogledajte odeljak sa informacijama o magnentoj rezonanciji.

MERE OPREZA:

1. U slučaju nedovoljne anestezije pacijenta tokom hirurške stimulacije ili ako sekrecija iz bronhija nadraži glasnice tokom izlaska iz anestezije, može se javiti spazam grkljana. Ukoliko dođe do laringealnog spazma, lečite uzrok. Uređaj uklonite isključivo kada se u potpunosti uspostave zaštitni refleksi disajnog puta.

2. Nemojte vući ili koristiti prekomernu silu dok rukujete vodom za naduvavanje ili pokušavati da uklonite uređaj iz pacijenta držeći cev za naduvavanje, jer se na taj način može otkačiti čep manžetne.

3. Za naduvavanje i izduvavanje koristite isključivo špric sa standardnim luer konusnim vrhom.

4. Pažljivo rukovanje je od suštinskog značaja. U svakom trenutku izbegavajte kontakt sa oštrim ili zašiljenim predmetima kako biste sprečili cepanje ili perforaciju uređaja. Nemojte uvoditi uređaj ako manžetne nisu potpuno izduvane, na način naveden u uputstvu za intubaciju.

5. Ukoliko se problemi sa disajnjim putem nastave ili je ventilacija neadekvatna, uklonite uređaj i uspostavite disajni put na neki drugi način.

6. Uređaj čuvajte na tamnom i hladnom mestu, podalje od sunčeve svetlosti ili temperaturnih krajnosti.

7. Rukovanje korišćenim uređajem i njegovom odlaganjem moraju se obavljati prema postupku za biološki opasne proizvode, u skladu sa svim lokalnim i državnim propisima.

8. Obavezno uklonite sve pokretne Zubne proteze pre uvođenja uređaja.

9. Kako bi se kontaminacija uređaja svela na najmanju moguću meru, tokom pripreme i uvođenja treba nositi rukavice.

10. Posledica nepravilnog postavljanja uređaja može biti nepouzdan ili blokiran disajni put.

11. Koristite isključivo sa preporučenim manevrima navedenim u uputstvu za upotrebu.

PRIPREMA ZA UPOTREBU:

Izaberite odgovarajuće dimenzije uređaja LMA Unique™

Pacijentova težina/dimenzije

1: novorođenče do 5 kg	3: dete 30 kg - 50 kg
1½: dete 5 kg - 10 kg	4: odrasli 50 kg - 70 kg
2: dete 10 kg - 20 kg	5: odrasli 70 kg - 100 kg
2½: dete 20 kg - 30 kg	

Pripremite jasno obeležen špric za naduvavanje i izduvanje manžetne.

PROVERE PRE UPOTREBE:

Upozorenje: Najvažnije je da se na uređaju LMA Unique™ obave provere pre upotrebe kako bi se utvrdilo da li je bezbedan za upotrebu.

Upozorenje: Neuspešan rezultat na bilo kom testu znak je da uređaj ne treba koristiti.

Pomenuti testovi se obavljaju na sledeći način:

1. Ispitajte unutrašnjost tubusa kako biste se uverili da nije začepljjen ili da ne sadrži slobodne čestice. Tubus ispitajte po čitavoj dužini. Ukoliko pronađete bilo kakve useke ili udubljenja, bacite uređaj.

2. Savijte tubus držeći ga na krajevima kako biste povećali zakrivljenost do 180°, ali ne preko toga. Ukoliko se tokom ovog postupka tubus prelomi, bacite uređaj.

3. Do kraja izduvajte manžetu. Ponovo naduvajte uređaj zapreminom vazduha koja je za 50% viša od maksimalne vrednosti naduvavanja za svaku veličinu.

Veličina 1 6 ml Veličina 3 30 ml

Veličina 1½ 10 ml Veličina 4 45 ml

Veličina 2 15 ml Veličina 5 60 ml

Veličina 2½ 21 ml

Proverite da na uređaju nema curenja, ispuštanja ili neravnih izbočina. Ukoliko postoji bilo kakva naznaka ovih pojava, bacite uređaj. Maska sa ispuštenjem može da dovede do opstrukcije tokom upotrebe. Zatim ponovo izduvajte masku. Dok je uređaj prekomerno naduvan za 50%, pregledajte plavi pilot balon za naduvavanje. Oblik balona bi trebalo da bude oblik elipse, a ne lopte.

4. Pregledajte konektor maske. Morao bi da ostvari čvrst spoj sa tubusom, a da se pri tom ne odvoji primenom razumne sile. Nemojte koristiti preteranu silu ništa uvijati konektor, jer na taj način može doći do pucanja blokade. Ako je konektor labav, bacite uređaj da biste izbegli rizik od slučajnog odvajanja tokom upotrebe.

5. Promena boje. Promena boje utiče na vidljivost tečnosti u cevi disajnog puta.

6. Lagano povucite vod za naduvavanje da biste se uverili da je sigurno pričvršćen i za manžetu i za balon.

7. Pregledajte otvor maske. Laganim pokretom ispitajte dve savitljive trake koje prelaze preko otvora maske kako biste se uverili da nisu polomljene ili na drugi način oštećene. Ako na trakama otvora ima oštećenja, epiglotis može dovesti do opstrukcije disajnog puta. Nemojte koristiti proizvod ako je traka otvora oštećena.

PRIPREMA PRE INTUBACIJE:

Izduvajte do kraja pomoću LMA™ Cuff deflatora kako bi se obrazovala kruta, tanka uvodna ivica, potrebna za umetanje vrha iza krikoidne hrskavice. Manžetna treba da se savije u smeru suprotnom od traka otvora. Neposredno pre uvođenja tubusa temeljno podmazite poleđinu manžetne. Nemojte podmazivati prednju stranu, jer to može da dovede do začepljenja trake otvora ili udisanja sredstva za podmazivanje.

Upozorenje: Koristite sredstvo za podmazivanje rastvorljivo u vodi, kao što je K-Y Jelly®. Nemojte koristiti sredstva za podmazivanje na bazi silikona, jer dovode do propadanja komponenata uređaja LMA Unique™. Sa ovim se uređajem ne preporučuje korišćenje sredstava za podmazivanje koja sadrže lidokain. Lidokain može da odlazi povratak pacijentovih zaštitnih refleksa koji se očekuju pre uklanjanja uređaja, može da izazove alergijsku reakciju, ili pak utiče na okolne strukture, uključujući glasnice.

Oprez: Obavezno uklonite sve pokretne zubne proteze pre uvođenja uređaja.

INTUBACIJA:

Oprez: Kako bi se kontaminacija uređaja svela na najmanju moguću meru, tokom pripreme i uvođenja treba nositi rukavice.

Oprez: Prohodnost disajnog puta mora se proveriti nakon svake promene položaja pacijentove glave i vrata.

Standardan metod intubacije:

1. Anestezija mora biti dovoljno duboka da bi plasiranje tubusa bilo moguće

Nemojte pokušati sa intubacijom neposredno nakon indukcije barbituratom, osim ako pacijent nije dobio relaksant.

2. Postavite glavu i vrat u položaj za normalnu trahealnu intubaciju.

Vrat savijte, a glavu ispravite tako što ćete je gurati otpozadi jednom rukom, dok drugom rukom masku uvodite u usta (**sl. 1**).

3. Kada uvodite masku držite je kažiprstom kao olovku, postavljenu anterorno u odnosu na spoj manžetne i tubusa (sl. 1**).** Pre postavljanja uređaja dublje u ždrelu, vrh pritisnite o tvrdi nepce i proverite da li se ravno oslanja na nepce i da vrh nije presavijen.

4. Kažiprstom gurajte masku unazad, dok istovremeno održavate pritisak o nepce (sl. 2**).**

5. Kako se maska pomera nadole, kažiprst održava povratni pritisak o zadnji zid ždrela kako bi se izbegala kolizija epiglotisom. Ubacite kažiprst do kraja u usta, kako biste završili plasiranje uređaja (**sl. 3**). Ostale prste nemojte ubacivati u usta. Kako intubacija napreduje, cela unutrašnja površina kažiprsta mora se oslanjati o tubus, održavajući ga u čvrstom kontaktu sa nepcem (**sl. 3**).

IZBEGAVAJTE DA INTUBIRATE U NEKOLIKO POKRETA ILI DA CIMATE NAPRED-NAZAD PO ŽDRELU KADA OSETITE OTPOR.

Kada osetite otpor, prst bi već celom dužinom trebalo da bude u ustima. Tubus držite drugom rukom dok izvlačite prst iz usta (**sl. 4**).

6. Proverite da li je crna linija na tubusu okrenuta ka gornjoj usni.

Tada smesta naduvajte manžetu, a da pritom ne držite tubus.

To obavite PRE spajanja na dovod gasa. Na taj način će uređaj moći da zauzme pravilan položaj. Naduvajte manžetu dovoljnom količinom vazduha da biste ostvarili zaptivanje niskog pritiska. Tokom naduvavanja manžetne nemojte držati tubus, jer to sprečava uređaj da zauzme pravilan položaj.

Upozorenje: NEMOJTE PREKOMERNO NADUVAVATI MANŽETNU.

Maksimalne zapremine naduvavanja (ml)

Veličina 1	4 ml	Veličina 3	20 ml
Veličina 1½	7 ml	Veličina 4	30 ml
Veličina 2	10 ml	Veličina 5	40 ml
Veličina 2½	14 ml		

7. Priklučite na dovod gasa dok držite cev, kako biste sprečili izmeštanje tubusa. **Lagano** naduvajte pluća da biste potvrdili da je uređaj ispravno postavljen. Umetnute rolnu gaze radi sprečavanja ugriza (proverite odgovarajuću debljinu) i uređaj zapepite na mesto, pazeći da proksimalni kraj tubusa bude okrenut kaudalno. Kada se pravilno postavi, tubus pritisnite unazad o nepce i zadnji zid ždrela. Kada koristite uređaj, važno je da ne zaboravite da na kraju postupka umetnete blokadu ugriza.




Slika 1



Slika 2




Slika 3




Slika 4

Metod intubacije palcem:


Ova je tehnika pogodna za pacijente kod kojih je pristup glavi sa zadnje strane otežan ili nemoguć, kao i tokom kardiopulmonalne reanimacije. LMA Unique™ se drži palcem u položaju koji u standardnoj tehnici zauzima kažiprst (**sl. 5**). Vrh maske pritiska se o prednje zube, a zadnja strana maske pritiska se posteriorno palcem duž nepca. Kako palac približavate ustima, ispružite prste preko pacijentovog lica (**sl. 6**). Ispružite palac do kraja (**sl. 7**). Guranjem palca o tvrdi nepce i glava se gura u ekstenzorni položaj. Vrat se može održavati u savijenom položaju pomoću potpore za glavu. Pre nego što izvučete palac, tubus gurnite drugom rukom u konačni položaj (**sl. 8**).




Slika 5



Slika 6



Slika 7



Slika 8

ODRŽAVANJE DISAJNOG PUTOA:

1. Ako dođe do ispadanja ili nepravilnog uvođenja uređaja, može se javiti opstrukcija. Loša tehnika intubacije može izazvati potiskivanje epiglotisa nadole. Proverite to auskultacijom vrata i ispravite položaj ponovnim plasiranjem ili podizanjem epiglotisa pomoću laringoskopa.

2. Nepravilan položaj vrha maske u glotisu može liciti na bronhospazam.

3. Nemojte pomerati uređaj po ždrelu kada se pacijent nalazi u niskom stepenu anestezije.

4. Neka blokada ugriza ostane na mestu dok se uređaj ne ukloni.

5. Nemojte izduvavati manžetu do potpunog povrata refleksa.

6. Tokom anestezije, iz manžetne se može ispuštiti vazduh kako bi se održao stalan pritisak unutar manžetne (obavezno ispod 60 cm H₂O).

UKLANJANJE:

1. LMA Unique™, zajedno sa preporučenom blokadom ugriza, treba da ostane na mestu do povratka svesti. Davanje kiseonika treba obaviti pomoću sistema sa „T“ nastavkom, uz standardni monitoring. Pre nego što pokušate da uklonite ili izdivate uređaj, od suštinske je važnosti da ne uznemiravate pacijenta sve do potpunog povraćaja zaštitnih refleksa. Nemojte vaditi uređaj sve dok pacijent ne bude u stanju da na zahtev otvorí usta.

2. Pazite na početak gutanja, što ukazuje da su se refleksi gotovo potpuno vratili. Sukcija uglavnom nije neophodna, jer pravilno upotrebljen uređaj LMA Unique™ štiti grkljan od oralne izlučevine. Pacijenti će po vađenju uređaja progutati izlučevine. **Opremu za sukciju ipak uvek treba imati pri ruci.**

3. Potpuno izduvajte manžetnu neposredno pre vađenja, iako se delimično izduvavanje može preporučiti kako bi se pospešilo uklanjanje izlučevina.

PRIMENA SA MAGNETNOM

REZONANCOM (MR):



MR Conditional

LMA Unique™ je uslovno bezbedan za MR. Nekliničko ispitivanje je pokazalo da je ovaj proizvod uslovno bezbedan za MR. Pacijent se može bezbedno skenirati ovim uređajem odmah nakon intubacije pod sledećim uslovima:

- Pre nego što pacijent uđe u salu u kojoj se nalazi MR, maska se mora propisno pričvrstiti lepljivom trakom, platnenom trakom ili drugim prikladnim sredstvom kako bi se sprečilo pomeranje ili ispadanje.
- Statičko magnetno polje od 3 tesle ili manje
- Maksimalni prostorni gradijent magnetnog polja od 720 Gauss/cm (7,2 T/m) ili manje
- Maksimalna specifična brzina apsorpcije (SAR) MR sistema uprosećena za celo telo od 4 W/kg (kontrolisani radni režim prvog nivoa za MR sistem) za 15 minuta snimanja (tj. sekvence po impulsu).

Zagrevanje povezano sa MR-om

Pod gorenavedenim uslovima snimanja, očekuje se da će uređaj LMA Unique™ dovesti do maksimalnog povećanja temperature od 2,2 °C nakon 15 minuta neprekidnog snimanja.

Informacije o artefaktima

Maksimalna veličina artefakta, posmatrano na gradijent-eho impulsnoj sekvenci i MR sistemu od 3 Tesla, prostire se oko 20 mm u odnosu na veličinu i oblik uređaja LMA Supreme™, veličina 5, što je primenljivo i na LMA Unique™.

DEFINICIJA SIMBOLA:

	Proizvođač
	Uputstvo za upotrebu potražite na web-sajtu: www.LMACO.com
	Volumen ubačenog vazduha
	Pacijentova težina
	Pre upotrebe pročitajte Uputstvo za upotrebu
	Nije napravljeno pomoću lateksa od prirodne gume
	Lomljivo, rukovati pažljivo
	Držati podalje od sunčevog svetla
	Čuvati na suvom
	Ova strana gore
	Šifra proizvoda
	Serijski broj
	CE oznaka
	Ne koristiti ponovo
	Ne sterilisati ponovo
	Sadržaj ili prisustvo ftalata: Bis(2-etolheksil)ftalat (DEHP)
	Sterilisano etilen-oksidom
	Rok upotrebe
	Nemojte koristiti ako je pakovanje oštećeno
	Uslovno bezbedan za MR

Copyright © 2021 Teleflex Incorporated

Sva prava zadržana. Nijedan deo ove publikacije ne sme se umnožavati, čuvati u sistemu za pretraživanje podataka ili prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način (elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili dr.), bez prethodne pismene saglasnosti izdavača.

LMA, LMA Better by Design, LMA Unique jesu robne marke ili registrovane robne marke kompanije Teleflex Incorporated ili njenih pridruženih društava.

Informacije navedene u ovom dokumentu tačne su u trenutku odlaska u štampu. Proizvođač zadržava pravo da poboljša ili izmeni proizvode bez prethodne najave.

Garancija proizvođača:

LMA Unique™ namenjen je za jednokratnu upotrebu i ima garanciju u pogledu grešaka u proizvodnji u trenutku dostavljanja.

Garancija važi isključivo za kupovinu kod ovlašćenog distributera. TELEFLEX MEDICAL NE PRIZNAJE NIKAKVE DRUGE GARANCije, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, KOJE OBUVHATAJU, IZMEĐU OSTALOG, GARANCije KOMERCIJALNOSTI ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU.



Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Irsko

Informacije za kontakt u SAD-u:
Međunarodni broj telefona: (919)544-8000
SAD: (866) 246-6990
www.LMACO.com



Izdanje: PAF-2124-000 Rev C SR